

PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO DE SERVIÇOS

OBJETO: Contratação de empresa para Locação de Raio X de interesse da Rede Municipal de Saúde de Chapadina.

Solicitamos a colaboração dessa empresa no sentido de preencher todos os dados requeridos na planilha em anexo elaboradas e impressas por qualquer processo eletrônico e entregar com o máximo de urgência possível, no Departamento de Compras desta Prefeitura Municipal, localizada na Av. Presidente Vargas, nº 310 – CEP: 65.500-000, Centro em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas).

As informações prestadas por essa empresa serão utilizadas para obtenção de “planilha de preços de mercado” e servirão para verificação da modalidade de licitação cabível.

Encaminhamos em anexo a planilha com os quantitativos e especificações dos produtos/serviços que deverão ser cotados.

Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros votos de consideração.

Chapadina (MA), 02 de Junho de 2021.


Departamento de Compras

Prefeitura Mun. de Chapadina
Thiago Alves dos Santos
Secretário Municipal de
Compras e Licitação

PROTOCOLO DE ENTREGA DA SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS

EMPRESA:	Radiume d Radiodiagnostico e Clinicas Medicas LTDA		
ENDEREÇO:	Rua das Hortas, 258,		
BAIRRO:	Centro	CIDADE:	São Luis
CEP:	65.020-270	UF:	MA
CNPJ:	02.665.004/0001-54		

Recebi em 02/06 /2021 a SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS emitida em 04 de 06 de 2021 para fornecimento de preços.

PLANILHA DESCRITIVA DOS ITENS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND
01	<p>MESA DE COMANDO:</p> <p>Mesa de comando microprocessada com teclado Soft-touch e display de LCD.</p> <p>CARACTERISTICAS TECNICAS:</p> <p>Gerador - Faixa de KV: 40 a 125 kV com intervalo de 1 em 1 kV - Tensões de alimentação: trifásico – 380 Volts - Potência máxima: 54 kW - Faixa de mAs: 0,32 a 500 mas em 33 passos - Faixa de mA: 80 a 630 mA (50 a 630 mA opcional) - Tempo de exposição: 0,004 até 6,25s.</p> <p>Mesa - Dimensões do tampo: 90 x 218 cm (L x C) – Deslocamento longitudinal: ± 72 cm (total de 144 cm) – Deslocamento transversal: ± 12 cm (total de 24 cm) - Altura do tampo: 83 cm - Capacidade de trabalho: 220 kg - Deslocamento longitudinal do bucky: 58 cm - Freio do movimento do tampo: eletromagnético (pedal) - Tamanho máximo do chassi: 43 x 43 cm - Foco: 100 a 180 cm - Grade: fixa antidifusora 103 linhas/polegada Bucky Mural - Deslocamento vertical: 138 cm (36 a 174 cm) - Freio do movimento do bucky: mecânico - Tamanho máximo do chassi: 43 x 43 cm - Foco: 100 a 180 cm - Grade: fixa antidifusora 103 linhas/polegada.</p> <p>Estativa Porta Tubo - Deslocamento longitudinal: ± 185 cm (total de 370 cm) - Deslocamento vertical do braço porta tubo: 152 cm - Freio dos deslocamentos: eletromagnético - Tipo chão-chão - Rotação da coluna: 360° - Rotação do braço do tubo: 180° - Giro da cúpula: ± 180°. Tubo E7242FX - Tensão máxima: 125 kV - Focos: 0,6 mm (fino) e 1,5 mm (grosso) - Potência referência do anodo: 18 kW (foco fino) / 50 kW (foco grosso) - Capacidade térmica do anodo: 200</p> <p>DIGITALIZADOR CR:</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - Resolução 87,5 µm (11,4 pixels/mm) para radiologia geral - Cassetes compatíveis: 14x17" (35x43 cm), 14x14" (35x35 cm), 11x14" (28x35 cm), 10x12" (24x30 cm), 8x10" (18x24 cm) e 15x30 cm - Nível de gradação digital de 12 bits (4.096 níveis de cinza) - Capacidade de processamento de até 45 placas/hora no tamanho 14x17" (35x43 cm)</p>	12	Mês

**CONSOLE DE OPERAÇÃO:**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CPU - Core i3 - 4GB de RAM - 500 GB de HD - Windows 10 64 bits - teclado e mouse. - Capacidade de armazenamento de no mínimo 10.000 imagens - Monitor de 23 polegadas touchscreen - Conectividade DICOM 3.0 - DICOM Storage - DICOM Print - DICOM MWM para conexão RIS e HIS - Drive CD/DVD para gravação de mídia externa - Conversão da imagem para formato JPEG - Backup e restauração de imagens em mídias externas (CD, DVD, USB) - Processamento automático das imagens por região anatômica de estudo - Eliminação das linhas de grade - Inserção de textos fixos ou editados, linha, seta, retângulo e formas livres - Medidas de distância e ângulo - Magnificação (zoom) da imagem - Visualização em tela cheia - Rotação, movimentação e inversão da imagem - Ajuste independente dos parâmetros de latitude, contraste e brilho - Escurecimento automático da imagem (máscara) - Recorte da imagem no tamanho e na posição especificado pelo usuário - Impressão de até 25 imagens por película - Acesso ao sistema através de login e senha.

(Valor total da cotação por extenso)

Prazo de validade desta pesquisa: () 30 dias; () 60 dias; () 90 dias; () _____ dias.

Assinatura do responsável
Carimbo da empresa

RADIMED RADIODIAGNOSTICO E CLINICAS MEDICAS LTDA

CNPJ: 02.665.004/0001-14

R DAS HORTAS, 258, CENTRO, SAO LUIS - MA

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS



A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA- MA

Apresentamos a proposta de contratação de empresa especializada em fornecimento de aparelhos médicos hospitalares para a Prefeitura Municipio de Chapadinha - MA, cujos equipamentos e serviços listamos abaixo.

MESA DE COMANDO:

Mesa de comando microprocessada com teclado Soft-touch e display de LCD.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Gerador - Faixa de KV: 40 a 125 kV com intervalo de 1 em 1 kV - Tensões de alimentação: trifásico - 380 Volts - Potência máxima: 54 kW - Faixa de mAs: 0,32 a 500 mas em 33 passos - Faixa de mA: 80 a 630 mA (50 a 630 mA opcional) - Tempo de exposição: 0,004 até 6,25s.

Mesa Dimensões do tampo: 90 x 218 cm (L x C) Deslocamento longitudinal: ± 72 cm (total de 144 cm) - Deslocamento transversal: ± 12 cm (total de 24 cm) - Altura do tampo: 83 cm - Capacidade de trabalho: 220 kg - Deslocamento longitudinal do bucky: 58 cm - Freio do movimento do tampo: eletromagnético (pedal) - Tamanho máximo do chassi: 43 x 43 cm - Foco: 100 a 180 cm - Grade: fixa antidifusora 103 linhas/polegada **Bucky Mural** - Deslocamento vertical: 138 cm (36 a 174 cm) - Freio do movimento do bucky: mecânico - Tamanho máximo do chassi: 43 x 43 cm - Foco: 100 a 180 cm - Grade: fixa antidifusora 103 linhas/polegada.

Rotativa Porta Tubo - Deslocamento longitudinal: ± 185 cm (total de 370 cm) - Deslocamento vertical do braço porta tubo: 152 cm - Freio dos deslocamentos: eletromagnético - Tipo chão-chão - Rotação da coluna: 360° - Rotação do braço do tubo: 180° - Giro da cúpula: ± 180°.

Tubo R7242FX - Tensão máxima: 125 kV - Focos: 0,6 mm (fino) e 1,5 mm (grosso) - Potência referência do anodo: 18 kW (foco fino) / 50 kW (foco grosso) - Capacidade térmica do anodo: 200

DIGITALIZADOR CR:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - Resolução 87,5 µm (11,4 pixels/mm) para radiologia geral - Cassetes compatíveis: 14x17" (35x43 cm),

RADIMED RADIODIAGNOSTICO E CLINICAS MEDICAS LTDA

CNPJ: 02.665.004/0001-14

R DAS HORTAS, 258, CENTRO, SAO LUIS - MA



14x14" (35x35 cm), 11x14" (28x35 cm), 10x12" (24x30 cm), 8x10" (18x24 cm) e 15x30 cm - Nivel de gradação digital de 12 bits (4.096 níveis de cinza) - Capacidade de processamento de até 45 placas/hora no tamanho 14x17" (35x43 cm)

CONSOLE DE OPERAÇÃO :

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CPU - Core i3 - 4GB de RAM - 500 GB de HD - Windows 10 64 bits - teclado e mouse. - Capacidade de armazenamento de no mínimo 10.000 imagens - Monitor de 23 polegadas touchscreen - Conectividade DICOM 3.0 - DICOM Storage - DICOM Print - DICOM MWM para conexão RIS e HIS - Drive CD/DVD para gravação de mídia externa - Conversão da imagem para formato JPEG - Backup e restauração de imagens em mídias externas (CD, DVD, USB) - Processamento automático das imagens por região anatômica de estudo - Eliminação das linhas de grade - Inserção de textos fixos ou editados, linha, seta, retângulo e formas livres - Medidas de distância e ângulo - Magnificação (zoom) da imagem - Visualização em tela cheia - Rotação, movimentação e inversão da imagem - Ajuste independente dos parâmetros de latitude, contraste e brilho - Escurecimento automático da imagem (máscara) - Recorte da imagem no tamanho e na posição especificado pelo usuário - Impressão de até 25 imagens por película - Acesso ao sistema através de login e senha.

- VALOR DO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS :

Para a prestação dos serviços, apresentamos o valor de **R\$ 456.000,00** (Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais) para 12 meses.
Valor mensal: R\$ 38.000,00 (Trinta e oito mil reais).

- Os valores acima estão os custos do fornecimento dos equipamentos: Raio X, digitalizador CR, impressora com toner, os demais insumos não estão amparados pela proposta.

Além dos custos, estão inclusos todos os tributos, encargos sociais, suporte técnico, o bastecimento de papel não esta incluso.

- A presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias a contar data de sua emissão.

Atenciosamente,

São Luis, 04 de junho de 2021

ADELSON ANTONIO VIEIRA CIPRIANO

Sócio-administrador

**PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO DE SERVIÇOS**

OBJETO: Contratação de empresa para Locação de Raio X de interesse da Rede Municipal de Saúde de Chapadina.

Solicitamos a colaboração dessa empresa no sentido de preencher todos os dados requeridos na planilha em anexo elaboradas e impressas por qualquer processo eletrônico e entregar com o máximo de urgência possível, no Departamento de Compras desta Prefeitura Municipal, localizada na Av. Presidente Vargas, nº 310 – CEP: 65.500-000, Centro em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas).

As informações prestadas por essa empresa serão utilizadas para obtenção de “planilha de preços de mercado” e servirão para verificação da modalidade de licitação cabível.

Encaminhamos em anexo a planilha com os quantitativos e especificações dos produtos/serviços que deverão ser cotados.

Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros votos de consideração.

Chapadina (MA), 02 de Junho de 2021.

Departamento de Compras

Prefeitura Mun. de Chapadina
Thiago Alves dos Santos
Secretário Municipal de
Compras e Licitação

PROTOCOLO DE ENTREGA DA SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS

EMPRESA: BSP REGO-ME	
ENDEREÇO: Rua 107, Qd. 64 Nº 11	
BAIRRO: Maiobão	CIDADE: Paço do Bonfim UF: MA
CEP: 65.137-000	
CNPJ: 04284911/0001-49	

Recebi em 02 / 06 / 2021 a SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS emitida em 04 de 06 de 2021 para fornecimento de preços.

PLANILHA DESCRITIVA DOS ITENS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND
01	<p>MESA DE COMANDO:</p> <p>Mesa de comando microprocessada com teclado Soft-touch e display de LCD.</p> <p>CARACTERISTICAS TECNICAS:</p> <p>Gerador - Faixa de KV: 40 a 125 kV com intervalo de 1 em 1 kV - Tensões de alimentação: trifásico – 380 Volts - Potência máxima: 54 kW - Faixa de mAs: 0,32 a 500 mas em 33 passos - Faixa de mA: 80 a 630 mA (50 a 630 mA opcional) - Tempo de exposição: 0,004 até 6,25s.</p> <p>Mesa - Dimensões do tampo: 90 x 218 cm (L x C) – Deslocamento longitudinal: ± 72 cm (total de 144 cm) – Deslocamento transversal: ± 12 cm (total de 24 cm) - Altura do tampo: 83 cm - Capacidade de trabalho: 220 kg - Deslocamento longitudinal do bucky: 58 cm - Freio do movimento do tampo: eletromagnético (pedal) - Tamanho máximo do chassi: 43 x 43 cm - Foco: 100 a 180 cm - Grade: fixa antidifusora 103 linhas/polegada Bucky Mural - Deslocamento vertical: 138 cm (36 a 174 cm) - Freio do movimento do bucky: mecânico - Tamanho máximo do chassi: 43 x 43 cm - Foco: 100 a 180 cm - Grade: fixa antidifusora 103 linhas/polegada.</p> <p>Estativa Porta Tubo - Deslocamento longitudinal: ± 185 cm (total de 370 cm) - Deslocamento vertical do braço porta tubo: 152 cm - Freio dos deslocamentos: eletromagnético - Tipo chão-chão - Rotação da coluna: 360° - Rotação do braço do tubo: 180° - Giro da cúpula: ± 180°. Tubo E7242FX - Tensão máxima: 125 kV - Focos: 0,6 mm (fino) e 1,5 mm (grosso) - Potência referência do anodo: 18 kW (foco fino) / 50 kW (foco grosso) - Capacidade térmica do anodo: 200</p> <p>DIGITALIZADOR CR:</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - Resolução 87,5 µm (11,4 pixels/mm) para radiologia geral - Cassetes compatíveis: 14x17" (35x43 cm), 14x14" (35x35 cm), 11x14" (28x35 cm), 10x12" (24x30 cm), 8x10" (18x24 cm) e 15x30 cm - Nível de gradação digital de 12 bits (4.096 níveis de cinza) - Capacidade de processamento de até 45 placas/hora no tamanho 14x17" (35x43 cm)</p>	12	Mês

**CONSOLE DE OPERAÇÃO:**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CPU - Core i3 - 4GB de RAM - 500 GB de HD - Windows 10 64 bits - teclado e mouse. - Capacidade de armazenamento de no mínimo 10.000 imagens - Monitor de 23 polegadas touchscreen - Conectividade DICOM 3.0 - DICOM Storage - DICOM Print - DICOM MWM para conexão RIS e HIS - Drive CD/DVD para gravação de mídia externa - Conversão da imagem para formato JPEG - Backup e restauração de imagens em mídias externas (CD, DVD, USB) - Processamento automático das imagens por região anatômica de estudo - Eliminação das linhas de grade - Inserção de textos fixos ou editados, linha, seta, retângulo e formas livres - Medidas de distância e ângulo - Magnificação (zoom) da imagem - Visualização em tela cheia - Rotação, movimentação e inversão da imagem - Ajuste independente dos parâmetros de latitude, contraste e brilho - Escurecimento automático da imagem (máscara) - Recorte da imagem no tamanho e na posição especificado pelo usuário - Impressão de até 25 imagens por película - Acesso ao sistema através de login e senha.



(Valor total da cotação por extenso)

Prazo de validade desta pesquisa: () 30 dias; () 60 dias; () 90 dias; () _____ dias.

Assinatura do responsável
Carimbo da empresa



A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

OBJETIVO: Locação de Raio X de interesse da Rede Municipal de Saúde de Chapadinha.

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND	V. UNIT.	V. TOTAL
01	<p>MESA DE COMANDO:</p> <p>Mesa de comando microprocessada com teclado Soft-touch e display de LCD.</p> <p>CARACTERISTICAS TECNICAS:</p> <p>Gerador - Faixa de KV: 40 a 125 kV com intervalo de 1 em 1 kV - Tensões de alimentação: trifásico - 380 Volts - Potência máxima: 54 kW - Faixa de mAs: 0,32 a 500 mas em 33 passos - Faixa de mA: 80 a 630 mA (50 a 630 mA opcional) - Tempo de exposição: 0,004 até 6,25s.</p> <p>Mesa - Dimensões do tampo: 90 x 218 cm (L x C) - Deslocamento longitudinal: ± 72 cm (total de 144 cm) - Deslocamento transversal: ± 12 cm (total de 24 cm) - Altura do tampo: 83 cm - Capacidade de trabalho: 220 kg - Deslocamento longitudinal do bucky: 58 cm - Freio do movimento do tampo: eletromagnético (pedal) - Tamanho máximo do chassi: 43 x 43 cm - Foco: 100 a 180 cm - Grade: fixa antidifusora 103 linhas/polegada Bucky Mural - Deslocamento vertical: 138 cm (36 a 174 cm) - Freio do movimento do bucky: mecânico - Tamanho máximo do chassi: 43 x 43 cm - Foco: 100 a 180 cm - Grade: fixa antidifusora 103 linhas/polegada.</p> <p>Estativa Porta Tubo - Deslocamento longitudinal: ± 185 cm (total de 370 cm) - Deslocamento vertical do braço porta tubo: 152 cm - Freio dos deslocamentos: eletromagnético - Tipo chão-chão - Rotação da coluna: 360° - Rotação do braço do</p>	12	Mês	R\$ 32.900,00	R\$ 394.800,00

tubo: 180° - Giro da cúpula: \pm 180°. Tubo E7242FX - Tensão máxima: 125 kV - Focos: 0,6 mm (fino) e 1,5 mm (grosso) - Potência referência do anodo: 18 kW (foco fino) / 50 kW (foco grosso) - Capacidade térmica do anodo: 200

DIGITALIZADOR CR:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - Resolução 87,5 μ m (11,4 pixels/mm) para radiologia geral - Cassetes compatíveis: 14x17" (35x43 cm), 14x14" (35x35 cm), 11x14" (28x35 cm), 10x12" (24x30 cm), 8x10" (18x24 cm) e 15x30 cm - Nível de gradação digital de 12 bits (4.096 níveis de cinza) - Capacidade de processamento de até 45 placas/hora no tamanho 14x17" (35x43 cm)

CONSOLE DE OPERAÇÃO:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CPU - Core i3 - 4GB de RAM - 500 GB de HD - Windows 10 64 bits - teclado e mouse. - Capacidade de armazenamento de no mínimo 10.000 imagens - Monitor de 23 polegadas touchscreen - Conectividade DICOM 3.0 - DICOM Storage - DICOM Print - DICOM MWM para conexão RIS e HIS - Drive CD/DVD para gravação de mídia externa - Conversão da imagem para formato JPEG - Backup e restauração de imagens em mídias externas (CD, DVD, USB) - Processamento automático das imagens por região anatômica de estudo - Eliminação das linhas de grade - Inserção de textos fixos ou editados, linha, seta, retângulo e formas livres - Medidas de distância e ângulo - Magnificação (zoom) da imagem - Visualização em tela cheia - Rotação, movimentação e inversão da imagem - Ajuste independente dos parâmetros de latitude, contraste e brilho - Escurecimento automático da imagem (máscara) - Recorte da imagem no tamanho e na posição especificado pelo usuário -



BSP
REGO-ME

**VENDAS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES.**

Fone: (98) 9608-3704 / 3237-5045 / 8494-0337 / 8262-7616
e-mail: bsprego@hotmail.com

Impressão de até 25 imagens por película - Acesso ao sistema através de login e senha.				
---	--	--	--	--

- O VALOR TOTAL DA PROPOSTA É DE R\$ 394.800,00 (TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS).
- VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS (TRINTA DIAS)

**DADOS BANCÁRIOS:
BANCO BRADESCO**

**AGENCIA: 1123
CONTA CORRENTE: 2267-5
B.S.P. RÉGO-ME**



PAÇO DO LUMIAR, 04 DE JUNHO DE 2021

BENEDITO SERGIO PANTOJA REGO
CPF. nº 257.439.373-0
Representante legal da empresa

Endereço: Rua 107, Qd. 64 Nº11 - Conjunto Maiobão - Paço do Lumiar

CNPJ: 042849110001-49

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12205614-0

**PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO DE SERVIÇOS**

OBJETO: Contratação de empresa para Locação de Raio X de interesse da Rede Municipal de Saúde de Chapadinho.

Solicitamos a colaboração dessa empresa no sentido de preencher todos os dados requeridos na planilha em anexo elaboradas e impressas por qualquer processo eletrônico e entregar com o máximo de urgência possível, no Departamento de Compras desta Prefeitura Municipal, localizada na Av. Presidente Vargas, nº 310 – CEP: 65.500-000, Centro em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas).

As informações prestadas por essa empresa serão utilizadas para obtenção de “planilha de preços de mercado” e servirão para verificação da modalidade de licitação cabível.

Encaminhamos em anexo a planilha com os quantitativos e especificações dos produtos/serviços que deverão ser cotados.

Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros votos de consideração.

Chapadinho (MA), 02 de Junho de 2021.


Departamento de Compras

Prefeitura Mun. de Chapadinho
Manoel Alves dos Santos
Secretário Municipal de
Compras e Licitação

PROTOCOLO DE ENTREGA DA SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS

EMPRESA: I 2 NEGOCIOS E SERVICOS LTDA		
ENDEREÇO: AV. Presidente Vargas 737		
BAIRRO: Coarante	CIDADE: Chapadinho	UF: MA
CEP: 65.500-000		
CNPJ: 13.715.468/0001-04		

Recebi em 02/06 /2021 a SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS emitida em 02 de 06 de 2021 para fornecimento de preços.

PLANILHA DESCRITIVA DOS ITENS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND
01	<p>MESA DE COMANDO:</p> <p>Mesa de comando microprocessada com teclado Soft-touch e display de LCD.</p> <p>CARACTERISTICAS TECNICAS:</p> <p>Gerador - Faixa de KV: 40 a 125 kV com intervalo de 1 em 1 kV - Tensões de alimentação: trifásico – 380 Volts - Potência máxima: 54 kW - Faixa de mAs: 0,32 a 500 mas em 33 passos - Faixa de mA: 80 a 630 mA (50 a 630 mA opcional) - Tempo de exposição: 0,004 até 6,25s.</p> <p>Mesa - Dimensões do tampo: 90 x 218 cm (L x C) – Deslocamento longitudinal: ± 72 cm (total de 144 cm) – Deslocamento transversal: ± 12 cm (total de 24 cm) - Altura do tampo: 83 cm - Capacidade de trabalho: 220 kg - Deslocamento longitudinal do bucky: 58 cm - Freio do movimento do tampo: eletromagnético (pedal) - Tamanho máximo do chassi: 43 x 43 cm - Foco: 100 a 180 cm - Grade: fixa antidifusora 103 linhas/polegada Bucky Mural - Deslocamento vertical: 138 cm (36 a 174 cm) - Freio do movimento do bucky: mecânico - Tamanho máximo do chassi: 43 x 43 cm - Foco: 100 a 180 cm - Grade: fixa antidifusora 103 linhas/polegada.</p> <p>Estativa Porta Tubo - Deslocamento longitudinal: ± 185 cm (total de 370 cm) - Deslocamento vertical do braço porta tubo: 152 cm - Freio dos deslocamentos: eletromagnético - Tipo chão-chão - Rotação da coluna: 360° - Rotação do braço do tubo: 180° - Giro da cúpula: ± 180°. Tubo E7242FX - Tensão máxima: 125 kV - Focos: 0,6 mm (fino) e 1,5 mm (grosso) - Potência referência do anodo: 18 kW (foco fino) / 50 kW (foco grosso) - Capacidade térmica do anodo: 200</p> <p>DIGITALIZADOR CR:</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - Resolução 87,5 µm (11,4 pixels/mm) para radiologia geral - Cassetes compatíveis: 14x17" (35x43 cm), 14x14" (35x35 cm), 11x14" (28x35 cm), 10x12" (24x30 cm), 8x10" (18x24 cm) e 15x30 cm - Nível de gradação digital de 12 bits (4.096 níveis de cinza) - Capacidade de processamento de até 45 placas/hora no tamanho 14x17" (35x43 cm)</p>	12 ✓	Mês

CONSOLE DE OPERAÇÃO:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CPU - Core i3 - 4GB de RAM - 500 GB de HD - Windows 10 64 bits - teclado e mouse. - Capacidade de armazenamento de no mínimo 10.000 imagens - Monitor de 23 polegadas touchscreen - Conectividade DICOM 3.0 - DICOM Storage - DICOM Print - DICOM MWM para conexão RIS e HIS - Drive CD/DVD para gravação de mídia externa - Conversão da imagem para formato JPEG - Backup e restauração de imagens em mídias externas (CD, DVD, USB) - Processamento automático das imagens por região anatômica de estudo - Eliminação das linhas de grade - Inserção de textos fixos ou editados, linha, seta, retângulo e formas livres - Medidas de distância e ângulo - Magnificação (zoom) da imagem - Visualização em tela cheia - Rotação, movimentação e inversão da imagem - Ajuste independente dos parâmetros de latitude, contraste e brilho - Escurecimento automático da imagem (máscara) - Recorte da imagem no tamanho e na posição especificado pelo usuário - Impressão de até 25 imagens por película - Acesso ao sistema através de login e senha.



(Valor total da cotação por extenso)

Prazo de validade desta pesquisa: () 30 dias; () 60 dias; () 90 dias; () _____ dias.

Assinatura do responsável
Carimbo da empresa