


PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



Ata de Sessão Pública

Nº 027/2021

Às 09:00 horas do dia 01/10/2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelas portarias nº XXXX em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0101.0717.2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 027/2021. Objeto: Registro de Preços do tipo Menor Preço, visando a Locação de equipamentos permanentes de infraestrutura hospitalar, incluso mão-de-obra de instalação do equipamento, treinamento básico de operação e frete conforme especificações, quantidades, exigências e estimativas de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Chapadinhense. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

LOTES / ITENS

01

Descrição: Locação de uma Usina de Oxigênio com eficiência energética de 1,2 kwh para produção de cada metro

Quantidade: 12

Valor: R\$ 260.400,00

Vencedor: Fornecedor 2400

Valor: R\$ 13.500,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 2400	R\$ 21.700,00	R\$ 260.400,00	30/09/2021 08:48:53	CLASSIFICADA
Fornecedor 8801	R\$ 21.700,00	R\$ 260.400,00	30/09/2021 14:53:05	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
01/10/2021 09:26:08	R\$ 13.500,00	Fornecedor 2400
01/10/2021 09:45:00	R\$ 19.900,00	Fornecedor 8801
01/10/2021 09:43:36	R\$ 21.394,00	Fornecedor 2400
01/10/2021 09:42:59	R\$ 21.395,00	Fornecedor 8801
01/10/2021 09:42:54	R\$ 21.397,00	Fornecedor 2400
01/10/2021 09:42:40	R\$ 21.398,00	Fornecedor 8801
01/10/2021 09:41:59	R\$ 21.400,00	Fornecedor 2400
01/10/2021 09:41:49	R\$ 21.407,00	Fornecedor 8801
01/10/2021 09:41:27	R\$ 21.409,00	Fornecedor 2400
01/10/2021 09:41:13	R\$ 21.410,00	Fornecedor 8801
01/10/2021 09:41:04	R\$ 21.414,00	Fornecedor 2400
01/10/2021 09:40:43	R\$ 21.415,00	Fornecedor 8801
01/10/2021 09:40:57	R\$ 21.416,00	Fornecedor 2400

8h

Ata de Sessão Pública
N° 027/2021



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
01/10/2021 09:40:28	R\$ 21.419,00	Fornecedor 2400
01/10/2021 09:40:04	R\$ 21.420,00	Fornecedor 8801
01/10/2021 09:39:58	R\$ 21.424,00	Fornecedor 2400
01/10/2021 09:39:33	R\$ 21.425,00	Fornecedor 8801
01/10/2021 09:38:36	R\$ 21.429,00	Fornecedor 2400
01/10/2021 09:38:00	R\$ 21.430,00	Fornecedor 8801
01/10/2021 09:37:47	R\$ 21.434,00	Fornecedor 2400
01/10/2021 09:37:04	R\$ 21.435,00	Fornecedor 8801
01/10/2021 09:36:35	R\$ 21.439,00	Fornecedor 2400
01/10/2021 09:36:13	R\$ 21.440,00	Fornecedor 8801
01/10/2021 09:35:39	R\$ 21.444,00	Fornecedor 2400
01/10/2021 09:35:18	R\$ 21.445,00	Fornecedor 8801
01/10/2021 09:35:13	R\$ 21.449,00	Fornecedor 2400
01/10/2021 09:35:02	R\$ 21.450,00	Fornecedor 8801
01/10/2021 09:34:22	R\$ 21.459,00	Fornecedor 2400
01/10/2021 09:34:10	R\$ 21.460,00	Fornecedor 8801
01/10/2021 09:33:25	R\$ 21.469,00	Fornecedor 2400
01/10/2021 09:33:09	R\$ 21.470,00	Fornecedor 8801
01/10/2021 09:32:50	R\$ 21.500,00	Fornecedor 2400
01/10/2021 09:32:30	R\$ 21.590,00	Fornecedor 8801
01/10/2021 09:30:12	R\$ 21.600,00	Fornecedor 2400
01/10/2021 09:29:52	R\$ 21.680,00	Fornecedor 8801
01/10/2021 09:25:09	R\$ 21.700,00	Fornecedor 8801
01/10/2021 09:25:09	R\$ 21.700,00	Fornecedor 2400

MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Mensagem
01/10/2021 09:08:18	Sistema	Sessão pública aberta!
01/10/2021 09:08:33	Pregoeiro	Bom dia a todos!
01/10/2021 09:24:41	Pregoeiro	daremos inicio a fase de lances
01/10/2021 09:25:09	Sistema	Disputa do Lote/Item 01 - Locação de uma Usina de Oxigênio com eficiência energética de 1,2 kwh para produ aberta!
01/10/2021 09:40:12	Sistema	O lote/item n° 01 - Locação de uma Usina de Oxigênio com eficiência energética de 1,2 kwh para produ entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
01/10/2021 09:43:00	Sistema	Fase de lances abertos do lote/item n° 01 - Locação de uma Usina de Oxigênio com eficiência energética de 1,2 kwh para produ foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 21.395,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.

Ata de Sessão Pública
Nº 027/2021




Data/Hora	Origem	Mensagem
01/10/2021 09:48:15	Sistema	Fim do tempo fechado do lote/item nº 01 - Locação de uma Usina de Oxigênio com eficiência energética de 1,2 kwh para produ. Disputa encerrada!
01/10/2021 09:48:15	Sistema	O arrematante do item/lote nº 01 - Locação de uma Usina de Oxigênio com eficiência energética de 1,2 kwh para produ foi o LUK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGÊNIO LTDA. com R\$ 19.900,0000 !
01/10/2021 09:48:15	Sistema	Fase de disputa do pregão foi encerrada. Agora está disponível no bco. de documentos abaixo a documentação de habilitação enviada no ato de registro da proposta inicial.
01/10/2021 10:36:39	Luciano de Souza	Senhores. Irei suspender a sessão para retorno segunda dia 04/10/2021, às 15:00 horas. Iremos analisar a documentação de habilitação e validar e apresentar nossas considerações neste mesmo dia.
01/10/2021 10:36:49	Luciano de Souza	Grato desde já.
01/10/2021 10:37:51	Sistema	A situação do pregão foi alterada para: Suspenso.
04/10/2021 15:07:03	Sistema	A situação do pregão foi alterada para: Disputa Encerrada.
04/10/2021 15:07:22	Luciano de Souza	Boa tarde a todos.
04/10/2021 15:10:03	Luciano de Souza	Daremos continuidade a sessão, apresentando nossas alegações a cerca da documentação de habilitação LUK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGÊNIO LTDA
04/10/2021 15:12:15	Luciano de Souza	A presente licitação teve seu edital publicado, e não sofrendo alterações, constituindo-se na lei interna do certame. A análise da documentação da licitante foi realizada, inclusive consultas, tendo apresentado os seguintes destaques:
04/10/2021 15:12:45	Luciano de Souza	O Termo de Referência, em seu item 3.5.I exige Laudo de Eficiência Energética do FABRICANTE do equipamento da Usina Geradora de Oxigênio emitido por empresa especializada devidamente registrada no CREA com emissão CAT, e deverá constar o nome da instituição hospitalar. Ao analisarmos a comprovação do cumprimento da exigência, verifica-se que a licitante apresentou Laudo de Eficiência Energética do seguinte equipamento:
04/10/2021 15:12:56	Luciano de Souza	FABRICANTE: DINATEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 022576170001125 MODELO USIOX 020 N° SERIE 2020P095101S1 LOCAL INSTALADO: Associação de Caridade São João Nepomuceno
04/10/2021 15:13:46	Luciano de Souza	Ao analisarmos o laudo, de imediato se percebe que o mesmo se refere a um equipamento distinto do equipamento que consta na proposta de preço, uma vez que o laudo atesta a usina modelo USIOX 020 e a proposta oferece a usina OSIOX 030, estando pois não atendida a exigência 3.5.I do TR do Edital, asseverando que a ART do laudo também não mostra válida para a comprovação do cumprimento da exigência, visto que se trata de outro equipamento, distinto do que foi proposto. Ainda há que se sopesar que o edital exige que a eficiência, para a usina de oxigênio, que seja de até 1,2 KW/H para cada metro cubico de oxigênio produzido, a ao compulsar o laudo de eficiência energética vemos que no mesmo é categórico ao indicar que o valor é no importe de 1,6856 KWh/M³, ou seja, mais de 40% acima do valor de referência máxima exigido.
04/10/2021 15:14:09	Luciano de Souza	Da mesma sorte a exigência contida no item 3.5.X do Termo de Referência, exige comprovação de Responsável técnico com formação em Técnico em Eletromecânica, devidamente registrado no conselho pertinente, como responsável técnico da licitante. A comprovação do vínculo empregatício será por meio de cópia do livro ou ficha de registro de empregado ou da carteira de trabalho, sendo que a licitante não apresentou, descumprindo a exigência;
04/10/2021 15:14:40	Luciano de Souza	A exigência contida no item 3.5.XI do Termo de Referência, que requer Apresentar Laudo por um laboratório terceirizado da qualidade do oxigênio medicinal e do ar medicinal por Laboratório Especializado dentro das exigências da ANVISA RDC 50 / ABNT NBR 12.188 / ABNT NBR 13.587. Este Laudo deverá acompanhar ART (anotação de responsabilidade técnica). A empresa licitante deverá indicar neste laudo o local e o nome da instituição hospitalar. Ao analisarmos os documentos apresentados observamos que foram realizados avaliação em dois hospitais distintos, sendo um o Hospital da

Ata de Sessão Pública
Nº 027/2021



Data/Hora	Origem	Mensagem
04/10/2021 15:14:52	Luciano de Souza	Força Aérea de Brasília (DF), e outro o Hospital Mairiporã (PR), sem no entanto indicar qual usina ou sistema de ar medicinal produziu os gases indicados no laudo, asseverando que nem mesmo os atestados de capacidade técnica indicam se os nosocômios contam com a usina UNIOX 030 ou 020 ou outro tamanho / modelo, pois aos ACTs juntados se referem a outros hospitais, sendo estes o INSTITUTO DE SAÚDE BOM JESUS, em IVAIPORÃ (PR) e INSTITUTO COMPARTILHA em FORTALEZA (CE), de modo que não há qualquer referência aos hospitais onde foram realizados os laudo de qualidade, ao que devemos reconhecer que a licitante não cumpriu a exigência.
04/10/2021 15:15:24	Luciano de Souza	Há, ainda, a ausência de apresentação de Licença Ambiental, ou a comprovação de sua inexistência, descumprindo a exigência contida no item 13.6 do Edital.
04/10/2021 15:16:14	Luciano de Souza	Ante o exposto reconhecemos o não cumprimento das exigências do edital por parte da licitante LUK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGÊNIO LTDA - CNPJ: 22.677.012/0001-98, conforme acima exposto, ao que declaro a mesma inabilitada.
04/10/2021 15:17:07	Sistema	O Fornecedor LUK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGÊNIO LTDA. pode enviar mensagens.
04/10/2021 15:17:13	Sistema	O Fornecedor S&T INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA ME pode enviar mensagens.
04/10/2021 15:19:37	Luciano de Souza	Abriremos prazo para intenção de recurso, o prazo será de 30 minutos.
04/10/2021 15:19:55	Luciano de Souza	Deverá ser registrado no local adequado neste site.
04/10/2021 16:22:22	Luciano de Souza	Não foram apresentados recursos diante da decisão de inabilitação aprestados pelo Pregoeiro, desta forma, será dado prosseguimento as próximas fases do referido pregão.
04/10/2021 16:23:29	Sistema	O fornecedor LUK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGÊNIO LTDA. foi inabilitado/desclassificado de todo o pregão. Motivo: Licitante foi inabilitado, conforme delegações apresentadas nesta ata.
04/10/2021 16:23:29	Sistema	O relatório por vencedor foi atualizado.
04/10/2021 16:24:51	Luciano de Souza	Sessão será suspensa para retorno, amanhã 05/10/2021, às 15:00 horas. Apresentaremos nossas alegações a cerca da documentação de habilitação da empresa S&T INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA ME
04/10/2021 16:25:03	Sistema	O Fornecedor S&T INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA ME não pode enviar mensagens.
04/10/2021 16:25:08	Sistema	O Fornecedor LUK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGÊNIO LTDA. não pode enviar mensagens.
04/10/2021 16:25:27	Sistema	A situação do pregão foi alterada para: Suspensão.
05/10/2021 15:40:13	Sistema	A situação do pregão foi alterada para: Em Disputa.
05/10/2021 15:40:28	Sistema	O Fornecedor S&T INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA ME pode enviar mensagens.
05/10/2021 15:40:30	Sistema	O Fornecedor LUK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGÊNIO LTDA. pode enviar mensagens.
05/10/2021 15:40:39	Luciano de Souza	Boa tarde a todos.
05/10/2021 15:40:48	Luciano de Souza	Daremos prosseguimento a sessão.
05/10/2021 15:41:20	Luciano de Souza	Apresentaremos nossas considerações a cerca da documentação apresentada pela licitante S&T INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA ME
05/10/2021 15:43:52	Luciano de Souza	Desde já desculpem o atrasado.
05/10/2021 15:44:59	Luciano de Souza	vamos lá então:
05/10/2021 15:45:04	Luciano de Souza	As declarações, licenças, certidões e atestados exigidos se apresentam regulares, assim como a proposta de preços;
05/10/2021 15:45:26	Luciano de Souza	A regularidade fiscal, trabalhista, do acervo técnico e do órgão de classe estão presentes;
05/10/2021 15:45:54	Luciano de Souza	A Licitante apresentou os projetos técnicos, laudos que atestam a qualidade

Ata de Sessão Pública
Nº 027/2021



Data/Hora	Origem	Mensagem
05/10/2021 15:46:41	Luciano de Souza	dos gases produzidos, bem como Laudo de Eficiência Energética do FABRICANTE do equipamento da Usina Geradora de Oxigênio emitido por empresa especializada devidamente registrada no CREA com emissão CAT, e deverá constar o nome da instituição hospitalar. A licitante apresentou laudo e a respectiva ART, apresentando o seguinte razão: 1,2 kWh/m ³ , a 94,1% de pureza do Oxigênio, dentro da margem de aceitação, visto que a exigência de pureza para o sistema, conforme ABNT/NBR 13.587 é de 93%, portanto, dentro da exigência contida no edital;
05/10/2021 15:49:40	Luciano de Souza	Ante o exposto reconhecemos o cumprimento das exigências do edital por parte da licitante S&T INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA ME, CNPJ: 21.519.208/0001-91, aqui exposto, ao que declaro a mesma habilitada, dando prosseguimento ao certame
05/10/2021 15:50:00	Luciano de Souza	Abriremos prazo para intenção de recurso, quanto ao resultado apresentado, o prazo será de 30 minutos.
05/10/2021 16:32:00	Luciano de Souza	Deverá ser registrado no local adequado neste site.
05/10/2021 17:34:05	Luciano de Souza	Não foram apresentados recursos diante da decisão de inabilitação aprestados pelo Pregoeiro, desta forma, será dado prosseguimento as próximas fases do referido pregão.
05/10/2021 17:34:16	Luciano de Souza	Senhores, suspenderemos a sessão para continuidade amanhã 06/10/2021, às 09:00 horas.
05/10/2021 17:34:30	Sistema	agradecemos a participação de todos.
06/10/2021 09:11:29	Sistema	A situação do pregão foi alterada para: Suspenso.
06/10/2021 09:11:45	Luciano de Souza	A situação do pregão foi alterada para: Em Disputa.
06/10/2021 09:12:16	Sistema	Bom dia senhores.
06/10/2021 09:12:18	Sistema	O Fornecedor S&T INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA ME pode enviar mensagens.
06/10/2021 09:12:33	Luciano de Souza	O Fornecedor LUK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGÊNIO LTDA. pode enviar mensagens.
06/10/2021 09:12:39	S&T INOVACOES	Neste momento daremos prosseguimento a sessão.
06/10/2021 09:13:11	Luciano de Souza	bom dia!
06/10/2021 09:13:40	Luciano de Souza	Perguntamos a licitante S&T INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA ME a possibilidade de negociação para o item desta licitação?
06/10/2021 09:13:53	S&T INOVACOES	Abriremos a opção para manifestação de negociação da licitante neste momento.
06/10/2021 09:14:02	Luciano de Souza	Senhor Pregoeiro, sim é possível. Qual seria o valor
06/10/2021 09:14:59	S&T INOVACOES	A mesma deverá registrar seu valor no campo indicado.
06/10/2021 09:17:06	Luciano de Souza	Senhor Pregoeiro, sim é possível. Qual seria o valor ?
06/10/2021 09:17:47	S&T INOVACOES	Verifique a possibilidade para o valor de R\$ 12.500,00 (Doze mil e quinhentos reais).
06/10/2021 09:18:06	S&T INOVACOES	Senhor Pregoeiro, terei que verificar com a minha diretoria se o valor é possível
06/10/2021 09:18:22	Luciano de Souza	favor peço uns minutos e já retorno
06/10/2021 09:20:50	S&T INOVACOES	obrigado.
06/10/2021 09:23:10	S&T INOVACOES	Sr. Pregoeiro nossa diretoria passou que o mínimo que podemos fazer é o valor de R\$: 13.500,00. No valor apontando não é possível devido a complexidade do sistema e os custos que envolve o funcionamento.
06/10/2021 09:25:27	Luciano de Souza	Sr. Pregoeiro é possível fecharmos no valor dos R\$: 13.500,00?
06/10/2021 09:25:51	Luciano de Souza	O valor apresentado pela licitante é considerado vantajoso para a administração pública, sendo assim aceito.
		Iremos abrir o campo para registro do lance.

Ata de Sessão Pública
Nº 027/2021



Data/Hora	Origem	Mensagem
06/10/2021 09:25:56	Sistema	Aberta a negociação do item 01 - Locação de uma Usina de Oxigênio com eficiência energética de 1,2 kwh para produ!
06/10/2021 09:25:56	Sistema	O licitante S&T INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA ME pode enviar uma nova proposta para o lote/item 01 - Locação de uma Usina de Oxigênio com eficiência energética de 1,2 kwh para produ no local de envio de lances!
06/10/2021 09:26:42	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 01 - Locação de uma Usina de Oxigênio com eficiência energética de 1,2 kwh para produ encerrada.
06/10/2021 09:26:42	Sistema	O fornecedor S&T INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA ME foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 01 - Locação de uma Usina de Oxigênio com eficiência energética de 1,2 kwh para produ.
06/10/2021 09:26:42	Sistema	Fica aberto prazo de recurso.
06/10/2021 09:27:10	S&T INOVACOES	Sr. Pregoeiro valor registrado no portal adequado R\$: 13.500,00
06/10/2021 09:28:21	Luciano de Souza	Aberto para para recurso, a licitante que desejar se manifestar no local adequado.
06/10/2021 09:29:08	Luciano de Souza	O tempo para manifestação será de 30 min
06/10/2021 10:23:20	Luciano de Souza	Não houve registro de intenção de recurso após a fase de negociação.
06/10/2021 10:24:34	Luciano de Souza	solicito na empresa vencedora proposta readequada com o valor vencedor.
06/10/2021 10:27:31	S&T INOVACOES	Sr. Pregoeiro o sistema não abriu a opção para colocar a proposta readequada
06/10/2021 10:29:26	Luciano de Souza	neste momento será aberto local para envio da proposta adequada.
06/10/2021 10:29:40	Sistema	O Pregoeiro solicitou o envio de arquivo(s) do Lote/Item nº 01 do fornecedor S&T INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA ME. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS pertencente no Lote/Item em questão, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Sendo vencedor de mais de um Lote/Item, favor enviar os arquivos (Proposta Final e outros) de todos os itens juntos. Documento enviado pelo fornecedor S&T INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA ME!
06/10/2021 10:30:04	Sistema	
06/10/2021 10:34:29	Luciano de Souza	Proposta adequada aceita com sucesso.
06/10/2021 10:36:36	Luciano de Souza	Iremos adjudicar o item desta licitação ao licitante S&T INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA ME
06/10/2021 10:37:23	Luciano de Souza	Desde já agradecemos a participação de todos.
06/10/2021 10:37:31	Sistema	O Lote/Item nº 01 - Locação de uma Usina de Oxigênio com eficiência energética de 1,2 kwh para produ foi ADJUDICADO.

Luciano de Souza Gomes/Pregoeiro
Prefeitura Mun. de Chapadinha
Luciano Souza Gomes
Pregoeiro

Mariel Alves Resende/Equipe de Apoio
Prefeitura Mun. de Chapadinha
MARIEL ALVES RESENDE
MEMBRO DA CPL
PORTARIA Nº 034/2021

Nayra Tacyanna de Araujo Sousa/Equipe de Apoio
Prefeitura Mun. de Chapadinha
Tacyanna de Araujo Sousa
Membro CPL

Selly Nascimento Meireles Pinto/Equipe de Apoio
Prefeitura Mun. de Chapadinha
Selly Nascimento Meireles Pinto
Membro CPL